

Relatorio de vencedores

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37581390000140	52	HOMOLOGADO	52	ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA DIGITAL COM CONECTIVIDADE PARA TELESSAÚDEULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA DIGITAL COM CONECTIVIDADE PARA TELESSAÚDE. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR MICROPROCESSADO PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGENS MÉDICAS EM TEMPO REAL, GERADAS ATRAVÉS DE ONDAS MECÂNICAS DE FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA. SISTEMA COM ARQUITETURA TOTALMENTE DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFIGURADO PARA EXAMES GERAIS E ESPECIALIZADOS, DOTADO DE FERRAMENTAS AVANÇADAS DE CONECTIVIDADE PARA OPERAÇÃO INTEGRADA COM PLATAFORMAS DE TELESSAÚDE E TELEMEDICINA. CONFIGURAÇÃO FÍSICA E MOBILIDADE: ARQUITETURA ERGONÔMICA (TIPO CONSOLE COM RODÍZIOS OU MODELO PORTÁTIL COM CARRINHO DE TRANSPORTE DEDICADO). MONITOR PRINCIPAL COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (TECNOLOGIA LCD OU LED), COM TAMANHO MÍNIMO DE 15 POLEGADAS, AJUSTÁVEL EM ÂNGULO E INCLINAÇÃO. PAINEL DE CONTROLE COM TECLADO ALFANUMÉRICO (FÍSICO OU VIRTUAL), RETROILUMINADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM TECLAS DE ATALHO PROGRAMÁVEIS PARA OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO. PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CONECTORES ATIVOS E SIMULTÂNEOS PARA TRANSDUTORES. MODOS DE IMAGEM E PROCESSAMENTO: MODOS DE OPERAÇÃO OBRIGATÓRIOS: MODO B (2D), MODO M, DOPPLER COLORIDO (COLOR), DOPPLER PULSADO (PW) E DOPPLER DE AMPLITUDE (POWER DOPPLER).TECNOLOGIAS INTEGRADAS	un	Dawei	P30	1,0000	45000,0000	45000,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PARA OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGEM (AJUSTE DE GANHO E COMPRESSÃO COM APENAS UM COMANDO), REDUÇÃO DE RUÍDOS/ ARTEFATOS DE IMAGEM (FILTRO DE ESPECULE) E IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL. CAPACIDADE DE ZOOM EM TEMPO REAL E EM IMAGEM CONGELADA SEM PERDA DE RESOLUÇÃO. PACOTES DE SOFTWARES DE MEDIÇÕES E RELATÓRIOS INTEGRADOS PARA APLICAÇÕES GERAIS (ABDOMINAL, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEQUENAS PARTES E VASCULAR).CONNECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM TELESSAÚDE: CONECTIVIDADE NATIVA SEM FIO ATRAVÉS DE MÓDULO WI-FI INTEGRADO E ENTRADA DE REDE FÍSICA (LAN/ ETHERNET).COMPATIBILIDADE TOTAL COM O PROTOCOLO DICOM 3.0 (INCLUINDO AS FUNÇÕES DICOM STORE, PRINT E WORKLIST), PERMITINDO O ENVIO DIRETO DE IMAGENS E CLIPES DE VÍDEO PARA SERVIDORES PACS OU NUVEM. CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO DE EXAMES E RELATÓRIOS EM FORMATOS UNIVERSAIS (COMO PDF, JPEG E AVI/MPEG), VIABILIZANDO O COMPARTILHAMENTO SEGURO ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DE TELEMEDICINA E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE (PEP).SISTEMA OPERACIONAL DOTADO DE RECURSOS DE SEGURANÇA DE DADOS (CRIPTOGRAFIA E CONTROLE DE ACESSO POR LOGIN/SENHA), EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA LGPD.TRANSDUTO						
AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	58149730000139	17	HOMOLOGADO	17	COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK (ALTO DESEMPENHO)COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK (ALTO DESEMPENHO) COMPUTADOR PORTÁTIL CORPORATIVO/ COMERCIAL, NOVO, DE PRIMEIRO USO,	un	VAIO	FE16	3,0000	4277,0000	12831,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					COMPLETO, COM ALTO DESEMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS, FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO E APLICAÇÕES DE REDE. PROCESSADOR: PROCESSADOR DE ARQUITETURA X86 COM 64 BITS.MÍNIMO DE 06 (SEIS) NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 12 MB. LANÇAMENTO DO MODELO DO PROCESSADOR NÃO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS EM RELAÇÃO À DATA DO EDITAL (EXEMPLOS DE REFERÊNCIA: INTEL CORE I5 DE 12ª, 13ª OU 14ª GERAÇÃO, OU AMD RYZEN 5 DE SÉRIE 5000, 7000 OU SUPERIOR).MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 16 GB DE MEMÓRIA RAM EM TECNOLOGIA DDR4 OU DDR5, OPERANDO EM MODO DUAL CHANNEL OU EXPANSÍVEL. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO TIPO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 GB, UTILIZANDO BARRAMENTO PCIE NVME (ALTA VELOCIDADE DE LEITURA E ESCRITA).TELA E VÍDEO: TELA ANTIRREFLEXO COM TAMANHO MÍNIMO DE 14 POLEGADAS E MÁXIMO DE 15,6 POLEGADAS. RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1920 X 1080 PIXELS). PLACA DE VÍDEO INTEGRADA AO PROCESSADOR COM SUPORTE A ACELERAÇÃO GRÁFICA E DECODIFICAÇÃO DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO. CONECTIVIDADE SEM FIO E PORTAS: PLACA DE REDE SEM FIO WI-FI COM SUPORTE OBRIGATÓRIO AOS PADRÕES WI-FI 5 (802.11AC) OU WI-FI 6 (802.11AX).CONECTIVIDADE BLUETOOTH INTEGRADA (VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR).INTERFACES FÍSICAS MÍNIMAS: 02X PORTAS USB TIPO-A, 01X PORTA USB TIPO-C (COM SUPORTE A DADOS), 01X SAÍDA HDMI (PARA MONITORES EXTERNOS OU PROJETORES) E 01X SAÍDA COMBINADA PARA FONE DE						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					OUVIDO/ MICROFONE.MULTIMÍDIA:WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P (HD) E MICROFONE EMBUTIDO PARA VIDEOCONFERÊNCIAS. ALTO- FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS. TECLADO E APONTADOR: TECLADO PADRÃO ABNT2 (COM A TECLA Ç). APONTADOR TIPO TOUCHPAD COM SUPORTE A GESTOS MÚLTIPLOS. BATERIA E ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DE USO MODERADO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V) PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS PRÉ- INSTALADO DE FÁBRICA, COM LICENCIAMENTO OEM ORIGINAL E EM LÍNGUA PORTUGUESA (OU DISTRIBUIÇÃO LINUX CORPORATIVA ESTÁVEL, CONFORME A NECESSIDADE DO ÓRGÃO						
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	09560267000108	11	HOMOLOGADO	11	AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL, DE MESA (BANCADA), COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 21 LITROS.AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL, DE MESA (BANCADA), COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 21 LITROS. DESENVOLVIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS. CÂMARA E ESTRUTURA: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PORTA COM FECHAMENTO HERMÉTICO E GUARNIÇÃO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. CONTROLE E OPERAÇÃO: CONTROLE	un	DENTEMED	AUTOPRIME21	2,0000	3499,9900	6999,98000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					MICROPROCESSADO COM PAINEL DIGITAL (LCD OU LED) FRONTAL, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO (TEMPERATURA, PRESSÃO E TEMPO). POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS E CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA OU ENTREABERTA. PARÂMETROS DE TRABALHO: FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO QUE ATENDA OBRIGATORIAMENTE A 121°C E 134°C, COM PRESSÕES DE TRABALHO COMPATÍVEIS A CADA CICLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA NACIONAL, COM PREFERÊNCIA PARA SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V) OU SELEÇÃO MANUAL, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, PLUGUE E CABO DE ACORDO COM O PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136). REQUISITOS LEGAIS E CERTIFICAÇÕES (OBRIGATÓRIOS):REGISTRO ATIVO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) EM NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR						
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61561649000176	13	HOMOLOGADO	13	CAIXA TÉRMICA RETANGULAR, COM CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL DE NO MÍNIMO 30 LITROSCAIXA TÉRMICA RETANGULAR, COM CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL DE NO MÍNIMO 30 LITROS, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE SEGURO DE IMUNOBIOLÓGICOS, VACINAS E MEDICAMENTOS SENSÍVEIS À TEMPERATURA. CORPO EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAD) OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO OBRIGATORIAMENTE INJETADO	un	TERVAC	30L	4,0000	288,0000	1152,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					EM POLIURETANO (PU) DE ALTA DENSIDADE, LIVRE DE CFC (NÃO SERÁ ACEITO ISOLAMENTO SIMPLES APENAS EM PLACAS DE EPS/ISOPOR). TAMPA HERMÉTICA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA EVITAR A PERDA DE FRIO E ALÇA RÍGIDA PARA TRANSPORTE QUE FUNCIONE TAMBÉM COMO TRAVA DE SEGURANÇA DA TAMPA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA ACOPLADO ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTEGRADO, COM SENSOR/CABO EXTENSOR EMBUTIDO E VISOR DE LCD EXTERNO, PERMITINDO A LEITURA DAS TEMPERATURAS SEM A NECESSIDADE DE ABERTURA DA CAIXA. FAIXA DE MEDIÇÃO DO TERMÔMETRO DE NO MÍNIMO -50°C A +70°C. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO COM CALIBRAÇÃO FOCADA NA FAIXA DE TRABALHO DE +2°C A +8°C. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES						
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42753718000107	4	HOMOLOGADO	4	APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM SISTEMA DE FILTRAGEM, COM FUNÇÕES COMO TURBO, TIMER, ECO E AUTOLIMPEZA; MODELO SPLIT; CAPACIDADE TOTAL: 24.000BTUS; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; COMPRESSOR: INVERTER; GARANTIA DE 12 MESES; CONTROLE REMOTO COM DIVERSAS FUNÇÕES; CLASSE A DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR: BRANCO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE, SISTEMA INVERTER.	un	MARA	HW 24K BTUS	1,0000	3363,5800	3363,58000000
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	10735873000104	23	HOMOLOGADO	23	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO), PORTÁTIL, NÃO INVASIVO, DESTINADO À VISUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE VASOS SANGUÍNEOS E VEIAS SOB O TECIDO SUBCUTÂNEO. O DISPOSITIVO DEVE OPERAR ATRAVÉS DA	un	FAVINJECT	VF	2,0000	1400,0000	2800,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					EMISSÃO DE FEIXES DE LUZ DE ALTA INTENSIDADE (TECNOLOGIA LED), COM COMPRIMENTO DE ONDA FOCADO NA FAIXA DE COR VERMELHA (OU TECNOLOGIA RGB EQUIVALENTE) PARA A ABSORÇÃO DA LUZ PELA HEMOGLOBINA, PROJETANDO O RASTRO VENOSO EM ALTO CONTRASTE. DESIGN ERGONÔMICO EM FORMATO QUE PERMITA AO PROFISSIONAL REALIZAR A MARCAÇÃO OU PUNÇÃO DO MEMBRO DO PACIENTE, POSSUINDO NO MÍNIMO 02 (DOIS) NÍVEIS REGULÁVEIS DE INTENSIDADE LUMINOSA. FUNCIONAMENTO POR MEIO DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA AUTONOMIA, ACOMPANHADO DE BASE PARA RECARGA DE BATERIAS OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100 A 240V, 50/60 HZ). REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. GARANTIA DE FÁBRICA MÍNIMA DE 12 MESES						
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	10735873000104	28	HOMOLOGADO	28	ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR COM AUSCULTADOR DUPLO. APARELHO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUÍDOS CARDÍACOS, PULMONARES E VASCULARES EM PACIENTES ADULTOS. AUSCULTADOR: TIPO DUPLO (CABEÇA DUPLA), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU LIGA METÁLICA DE ALTA CONDUÇÃO ACÚSTICA; DOTADO DE DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA FREQUÊNCIAS ALTAS DE UM LADO E CAMPÂNULA (SINO) PARA FREQUÊNCIAS BAIXAS DO OUTRO; PROVIDO DE ANEL ANTIFRIO FLEXÍVEL EM AMBAS AS BORDAS DE CONTATO PARA CONFORTO TÉRMICO DO PACIENTE.OLIVAS: PAR DE OLIVAS ANATÔMICAS, MACIAS, CONFECCIONADAS EM SILICONE OU BORRACHA MALEÁVEL, COMPRESSIVAS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO (POR	un	PREMIUM	ADULTO	9,0000	14,0000	126,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ROSCA OU PRESSÃO) QUE GARANTA VEDAÇÃO ACÚSTICA PERFEITA CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E KIT SOBRESSALENTE CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 (UM) PAR DE OLIVAS E 01 (UMA) MEMBRANA DE REPOSIÇÃO.						
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	10735873000104	42	HOMOLOGADO	42	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS GERAIS E ANAMNESE, COM ESTRUTURA INFERIOR INTEGRADA EM FORMATO DE GABINETE/ ARMÁRIO.MESA PARA EXAMES CLÍNICOS GERAIS E ANAMNESE, COM ESTRUTURA INFERIOR INTEGRADA EM FORMATO DE GABINETE/ARMÁRIO. CONFECCIONADA EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA), COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BILATERAL TEXTURIZADO NA COR BRANCA, DOTADO DE TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA. O GABINETE INFERIOR DEVE SER COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS E PUXADORES ERGONÔMICOS (SENDO PELO MENOS A GAVETA SUPERIOR PROVIDA DE FECHADURA COM CHAVE), ALÉM DE 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO E PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE MÍNIMA D-28, REVESTIDO INTEGRALMENTE EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN HOSPITALAR), SEM COSTURAS APARENTES NA FACE SUPERIOR, RESISTENTE A RASGOS E À ASSEPSIA COM ÁLCOOL 70% OU DESINFETANTES HOSPITALARES. O LEITO	un	HOSP	MEC	1,0000	2300,0000	2300,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DEVE POSSUIR CABECEIRA ARTICULADA/ RECLINÁVEL EM DIFERENTES POSIÇÕES POR MEIO DE SISTEMA MECÂNICO DE CREMALHEIRA EM AÇO OU FERRO TRATADO. ESTRUTURA DOTADA DE SUPORTE INTEGRADO PARA ROLO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL NA CABECEIRA E DEGRAU/ESCADA RETRÁTIL EMBUTIDA COM PISO ANTIDERRAPANTE PARA ACESSO SEGURO DO PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA MÍNIMA DE 150 KG. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 12 MESES.						
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	18861730000142	33	HOMOLOGADO	33	IMPRESSORA ELETROFOTOGRAFICA MONOCROMÁTICA (LASER) DE MESAIMPRESSORA ELETROFOTOGRAFICA MONOCROMÁTICA (LASER) DE MESA DESCRIÇÃO DETALHADA: EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO COM TECNOLOGIA A LASER/ ELETROFOTOGRAFICA, MONOFUNCIONAL, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM ESCRITÓRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR CONEXÃO LOCAL DE ALTA VELOCIDADE, SUPORTE A MÚLTIPLOS FORMATOS E GRAMATURAS DE MÍDIAS, GERENCIAMENTO EFICIENTE DE PAPEL E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS DE MERCADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER MONOCROMÁTICA (ELETROFOTOGRAFICA). CONECTIVIDADE LOCAL: INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PADRÃO VIA PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (HIGH-SPEED). MANUSEIO E CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PRINCIPAL COM ALIMENTAÇÃO POR FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR NO MÍNIMO 150 FOLHAS DE PAPEL PADRÃO	un	Xerox	B3020	2,0000	960,0000	1920,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					(GRAMATURA DE REFERÊNCIA 75 G/M²). CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 ENVELOPES SIMULTÂNEOS. MANUSEIO E CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: ESCANINHO/COMPARTIMENTO DE SAÍDA COM CAPACIDADE PARA SUPPORTAR O RECOLHIMENTO DE NO MÍNIMO 100 FOLHAS IMPRESSAS COM FACE PARA BAIXO. FORMATOS E TIPOS DE MÍDIAS SUPPORTADOS: TAMANHOS DE MÍDIAS: COMPATIBILIDADE NATIVA COM FORMATOS A4, A5, A5 (LEF), B5 (ISO/JIS), OFÍCIO, ENVELOPES (PADRÕES DL E C5), ALÉM DE PERMITIR O AJUSTE CUSTOMIZADO PARA MÍDIAS VARIANDO DE APROXIMADAMENTE 76 X 127 MM ATÉ 216 X 356 MM.TIPOS DE PAPEL: SUPORTE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL SIMPLES, GROSSO, FINO, ALGODÃO, COLORIDO, PRÉ-IMPRESSO, RECICLADO, ETIQUETAS, PAPEL CARTÃO, SULFITE, ARQUIVO E ENVELOPES. REQUISITOS E COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: COMPATIBILIDADE NATIVA COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 (OU VERSÕES CORPORATIVAS MAIS RECENTES) DE 32 BITS OU 64 BITS. REQUISITO DE HARDWARE COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE ARQUITETURA DE MERCADO PARA PROCESSAMENTO, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 1 GB E ESPAÇO LIVRE EM DISCO RÍGIDO. SUPORTE DE SOFTWARE/ DRIVERS:FORNECIMENTO DE PACOTE DE SOFTWARE CONTENDO INSTALADOR PADRÃO DO FABRICANTE, DRIVER DE IMPRESSÃO ATUALIZADO E UTILITÁRIO INTEGRADO PARA O GERENCIAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL COMPATÍVEL COM A REDE DE 110V (SUPPORTANDO FAIXA OPERACIONAL DE						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					110V A 127 VCA), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ						
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	18861730000142	34	HOMOLOGADO	34	IMPRESSORA FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPORTADA: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE DESTINADO A FLUXOS INTENSOS DE TRABALHO, INTEGRANDO FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE FAX.IMPRESSORA FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPORTADA: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO CORPORATIVO DE ALTA PERFORMANCE DESTINADO A FLUXOS INTENSOS DE TRABALHO, INTEGRANDO FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE FAX. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA CARTA: AS FAST AS 6.1 SEC PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA A4: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; CARTA: ATÉ 42 PPM PRETO; A4: ATÉ 40 PPM PRETO; FRENTE E VERSO CARTA: UP TO 36 IPM PRETO; FRENTE E VERSO A4: ATÉ 34 IPM PRETO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PAISAGEM, A5): ATÉ 63 PPM PRETO. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR) LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI); PRETO (NORMAL) NORMAL (NATIVO 600 X 600 DPI; APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI); PRETO (LINHAS FINAS) LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA E DE LIVRETOS, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO, MARCAS D'ÁGUA, INSTALAÇÃO SOMENTE DO DRIVER DA IMPRESSORA, ECONOMODE PARA ECONOMIA DE TONER, ACEITA UMA VARIEDADE DE TAMANHOS E TIPOS DE PAPEL. TIPO DE DIGITALIZAÇÃO /	un	Lexmark	MX431	2,0000	2350,0000	4700,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	37165739000244	51	HOMOLOGADO	51	TECNOLOGIA: TIPO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA: PC: 2 GB DE ESPAÇO EM DISCO RÍGIDO; CONEXÃO COM INTERNET OU PORTA USB; NAVEGADOR DE INTERNET						
					TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL TIPO RETRÁTIL COM SUPORTE EM TRIPÉ INTEGRADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE QUALIDADETELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL TIPO RETRÁTIL COM SUPORTE EM TRIPÉ INTEGRADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE QUALIDADE: DIMENSÕES E ÁREA VISUAL: FORMATO QUADRADO COM ÁREA NOMINAL DE PROJEÇÃO DE NO MÍNIMO 1,80 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA, CORRESPONDENDO A UMA DIAGONAL VISUAL APROXIMADA DE 97 POLEGADAS. TECNOLOGIA DO TECIDO: CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE NA COR BRANCA FOSCA (TIPO MATTE WHITE), COM VERSO BLACKOUT (OPACO) PARA BLOQUEIO DE LUZ TRASEIRA. A SUPERFÍCIE DEVE POSSUIR TRATAMENTO DE DISPERSÃO DE LUZ PARA MELHORIA DO BRILHO, CONTRASTE E FIDELIDADE DE REPRODUÇÃO DAS CORES PROJETADAS. MECANISMO DE ABERTURA: SISTEMA RETRÁTIL MECÂNICO INTERNO COM MOLA DE ALTA DURABILIDADE PARA TENSIONAMENTO UNIFORME DO TECIDO, FACILITANDO A ABERTURA, O AJUSTE DE TAMANHO E O RECOLHIMENTO SEM DOBRAS OU ONDULAÇÕES. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO: TRIPÉ PORTÁTIL INTEGRADO E ARTICULADO, FABRICADO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE POSSUIR TRAVAS DE SEGURANÇA E AJUSTE	un	SUMAY	SM- TTQS100 1:1-CÓD 72	2,0000	529,0000	1058,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					MANUAL DE ALTURA PARA POSICIONAMENTO DO ESTOJO DA TELA. PORTABILIDADE E PROTEÇÃO: ESTOJO METÁLICO INTEGRADO PARA ACONDICIONAMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL DA TELA QUANDO TOTALMENTE RECOLHIDA, ATUANDO COMO ALÇA PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO CONJUNTO.						
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO EIRELI	32005178000111	15	HOMOLOGADO	15	CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA – 510 LITROSCÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA – 510 LITROS DESCRIÇÃO DETALHADA: EQUIPAMENTO TIPO CÂMARA VERTICAL (ESPECIFICA PARA USO LABORATORIAL/HOSPITALAR), DESTINADA À CONSERVAÇÃO RIGOROSA E HOMOGÊNEA DE VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. COM CAPACIDADE INTERNA ÚTIL DE NO MÍNIMO 510 LITROS, O EQUIPAMENTO DEVE OPERAR EM FAIXA DE TEMPERATURA POSITIVA CONTROLADA DE 2°C A 8°C (ESTABILIZADA DE FÁBRICA EM 5°C), ADEQUADA PARA SUBSTITUIR REFRIGERADORES DOMÉSTICOS EM AMBIENTE DE SAÚDE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTROLE DE TEMPERATURA: FAIXA PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C. CONTROLE REALIZADO POR MICROPROCESSADOR DIGITAL. INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO PAINEL POR MEIO DE SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SIMULANDO A TEMPERATURA REAL DO PRODUTO E NÃO DO AR DO GABINETE).	un	026/2026	026/2026	1,0000	16176,0000	16176,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DOS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA. PAINEL E CONECTIVIDADE: PAINEL EXTERNO DE FÁCIL ACESSO COM DISPLAY DIGITAL/ LCD LUMINOSO. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA AJUSTE DE PARÂMETROS PROTEGIDO POR SENHA. SAÍDA USB INTEGRADA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS DE CONSERVAÇÃO DO PERÍODO (ACOMPANHA DISPOSITIVO DO TIPO PEN DRIVE). SISTEMA DE ALARMES: ALERTAS VISUAIS E SONOROS PARA ANORMALIDADES COMO DESVIO DE TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA, PORTA ABERTA OU FALHA DE ENERGIA. ESTRUTURA E PORTA: PORTA VERTICAL DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE (ATIVO OU PASSIVO), VEDAÇÃO MAGNÉTICA E SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO OU OPÇÃO DE TRAVA. ORGANIZAÇÃO INTERNA: CAPACIDADE INTERNA CONFIGURÁVEL, DOTADA DE, NO MÍNIMO, 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS OU 9 GAVETAS PARA OTIMIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: UNIDADE COMPRESSORA HERMÉTICA DE ALTO RENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC (TIPO R134A OU EQUIVALENTE ECOLÓGICO). MOBILIDADE: BASE EQUIPADA COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE TRAVAMENTO/FREIO FRONTAL. SEGURANÇA E ENERGIA CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA EXTERNA OU PROTEGIDA. MÓDULO PROTETOR DE BATERIA INTEGRADO. COMPATIBILIDADE COM TENSÃO ELÉTRICA DE 110V/127V OU 220V/240V (CONFORME DEMANDA DA						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO EIRELI	32005178000111	37	HOMOLOGADO	37	INSTITUIÇÃO) E FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ.DIMENSÕES MÁXIMAS ADMITIDAS: DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS						
					LANTERNA PORTÁTIL DE MÃO, EQUIPADA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA LED DE ALTO BRILHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, OBRIGATORIAMENTE DE ÍONS DE LÍTIO, LIVRE DE EFEITO MEMÓRIA.LANTERNA PORTÁTIL DE MÃO, EQUIPADA COM LÂMPADA DE TECNOLOGIA LED DE ALTO BRILHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, OBRIGATORIAMENTE DE ÍONS DE LÍTIO, LIVRE DE EFEITO MEMÓRIA. CARREGAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V) ATRAVÉS DE PLUGUE RETRÁTIL EMBUTIDO OU VIA CABO/ ENTRADA USB.FUNIONAMENTO MÍNIMO CONTÍNUO DE 4 HORAS EM POTÊNCIA MÁXIMA E 6 HORAS EM MODO ECONÔMICO. CORPO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS) OU LIGA METÁLICA DE ALUMÍNIO LEVE, COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA COM NO MÍNIMO 2 ESTÁGIOS DE INTENSIDADE (ALTA E BAIXA). RESISTÊNCIA A IMPACTOS LEVES E RESPINGOS DE ÁGUA (GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU EQUIVALENTE).	un	026/2026	026/2026	35,0000	58,0000	2030,00000000
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO EIRELI	32005178000111	47	HOMOLOGADO	47	REFRIGERADOR ELÉTRICO DOMÉSTICO, TIPO DUPLEX (02 PORTAS INDEPENDENTES), COM CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 332 LITROS, SENDO O COMPARTIMENTO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 258 LITROS E O COMPARTIMENTO FREEZER/ CONGELADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 74 LITROS. . O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTROLE DE TEMPERATURA	un	026/2026	026/2026	1,0000	2369,0000	2369,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					INTERNO COM DISPLAY/INDICADOR EM LED, ILUMINAÇÃO INTERNA NO REFRIGERADOR E PÉS REGULÁVEIS. COMPARTIMENTO INTERNO COMPOSTO POR PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, GAVETÃO INFERIOR TRANSPARENTE PARA GUARDA DE LEGUMES/FRUTAS E PORTA-OVOS. ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA, COM PUXADORES EMBUTIDOS/ INTEGRADOS NA PORTA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL 127V						
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	32005178000111	50	HOMOLOGADO	50	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, COMPOSTO POR 01 (UM) MICROFONE TRANSMISSOR DE MÃO (TIPO BASTÃO) E 01 (UM) RECEPTOR DE BASE FIXO.SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, COMPOSTO POR 01 (UM) MICROFONE TRANSMISSOR DE MÃO (TIPO BASTÃO) E 01 (UM) RECEPTOR DE BASE FIXO. CÁPSULA DO MICROFONE DO TIPO DINÂMICA COM PADRÃO POLAR CARDIOIDE (UNIDIRECIONAL), PROJETADA PARA REJEIÇÃO DE RUÍDOS DE FUNDO E REALIMENTAÇÃO (MICROFONIA). TRANSMISSÃO DE SINAL POR RADIOFREQUÊNCIA EM BANDA UHF DIGITAL, ESTÁVEL E LIVRE DE INTERFERÊNCIAS, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) CANAIS DE FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS/SINTONIZÁVEIS NO PRÓPRIO APARELHO. O MICROFONE DE MÃO DEVE POSSUIR CORPO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO E DISPLAY EM LCD OU LED INDICANDO O NÍVEL DE BATERIA E A FREQUÊNCIA SINTONIZADA. FUNCIONAMENTO DO BASTÃO POR MEIO DE PILHAS ALCALINAS COMUNS (AA) OU BATERIA RECARREGÁVEL. O RECEPTOR DE BASE DEVE POSSUIR ANTENAS ARTICULADAS PARA RECEPÇÃO DE	un	026/2026	026/2026	2,0000	151,0000	302,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					SINAL, CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL, DISPLAY INDICADOR E SAÍDAS DE ÁUDIO PROFISSIONAIS DO TIPO XLR BALANCEADA E P10 (6,35MM) NÃO BALANCEADA. ALCANCE OPERACIONAL ÚTIL DE NO MÍNIMO 30 METROS LIVRES ENTRE O TRANSMISSOR E O RECEPTOR. ALIMENTAÇÃO DA BASE RECEPTORA POR FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA (100V A 240V). HOMOLOGADO OBRIGATORIAMENTE PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 12 MESES.						
GLOBAL TECH LTDA	57025960000123	2	HOMOLOGADO	2	APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM SISTEMA DE FILTRAGEM, COM FUNÇÕES COMO TURBO, TIMER, ECO E AUTOLIMPEZA; MODELO SPLIT; CAPACIDADE TOTAL: 12.000BTUS; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; COMPRESSOR: INVERTER; GARANTIA DE 12 MESES; CONTROLE REMOTO COM DIVERSAS FUNÇÕES; CLASSE A DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR: BRANCO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE, SISTEMA INVERTER.	un	VIX	SPLIT VIX HW 12K 220 F IN	2,0000	1869,9900	3739,98000000
GOMIDE SOLUTIONS LTDA	58988976000102	7	HOMOLOGADO	7	ARMÁRIO DE COZINHA DO TIPO UTILITÁRIO.ARMÁRIO DE COZINHA DO TIPO UTILITÁRIO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (FOSFATIZAÇÃO). PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI-PÓ), DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E UMIDADE, NA COR BRANCA OU CINZA CLARO. CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) PORTAS, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) COM DETALHES EM VIDRO TEMPERADO OU TOTALMENTE CEGAS. GAVETAS: MÍNIMO DE 02 (DUAS) GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS DE DESLIZAMENTO SUAVE.	un	ITATIAIA.	ARM. COZ.	1,0000	1470,0000	1470,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					COMPARTIMENTOS E NICHOS: PRESENÇA DE NICHOS CENTRAL ABERTO PARA ALOCAÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS OU FORNO ELÉTRICO. PRATELEIRAS INTERNAS: DIVISÓRIAS INTERNAS FIXAS OU REGULÁVEIS PARA ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS. PUXADORES: FABRICADOS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU ALUMÍNIO, COM FIXAÇÃO FIRME. PÉS: PÉS EM PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO) REGULÁVEIS, PARA NIVELAMENTO DO MÓVEL E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 1,90M E 2,00M. LARGURA: ENTRE 1,05M E 1,20M. PROFUNDIDADE INFERIOR: MÍNIMA DE 0,40M						
GOMIDE SOLUTIONS LTDA	58988976000102	8	HOMOLOGADO	8	ARMÁRIO INDUSTRIAL DE AÇO TIPO ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS REGULÁVEIS DESCRIÇÃO DETALHADA: MOBILIÁRIO CORPORATIVO TIPO ARMÁRIO VERTICAL, CONSTRUÍDO INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DE DOCUMENTOS, LIVROS, PASTAS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL. O MÓVEL DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO FRONTAL POR DUAS PORTAS BATENTES, PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PROTETIVO TEXTURIZADO OU LISO. O SISTEMA DE CREMALHEIRA OU FURAÇÃO INTERNA DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS EM INTERVALOS DE APROXIMADAMENTE 10 CM, PERMITINDO A LIVRE ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DOS VOLUMES ESTOCADOS	un	RS	PA 80	2,0000	838,0000	1676,00000000
GOMIDE SOLUTIONS	58988976000102	9	HOMOLOGADO	9	ARQUIVO DE AÇO CARBONO PARA	un	RS	ARQ. LONGO	2,0000	940,0000	1880,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
LTDA					ESCRITÓRIO, TIPO VERTICAL, COM 04 (QUATRO) GAVETASARQUIVO DE AÇO CARBONO PARA ESCRITÓRIO, TIPO VERTICAL, COM 04 (QUATRO) GAVETAS DESTINADAS AO ARQUIVAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO TOTAL E DESLIZAMENTO SUAVE POR MEIO DE TRILHOS TELESCÓPICOS OU CARRINHOS DE NYLON. ESTRUTURA EXTERNA (CORPO, TETO E BASE) E INTERNA (GAVETAS) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE BITOLA #24 (0,60 MM), SUBMETIDA A TRATAMENTO QUÍMICO DE SUPERFÍCIE POR FOSFATIZAÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI), CURADA EM ESTUFA A 200°C COM CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 1300 MM A 1350 MM DE ALTURA, 450 MM A 490 MM DE LARGURA E 600 MM A 700 MM DE PROFUNDIDADE. O MÓVEL DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS (ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 02 CHAVES), PUXADORES INJETADOS EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA OU ESTAPADOS NA PRÓPRIA CHAPA, PORTA-ETIQUETAS FRONTAL EM CADA GAVETA, E SISTEMA DE SEGURANÇA ANTITOMBAMENTO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA. A BASE DEVE POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS OU BLINDAGEM QUE EVITE O CONTATO DIRETO DO AÇO COM A UMIDADE DO PISO						
GOMIDE SOLUTIONS LTDA	58988976000102	19	HOMOLOGADO	19	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES E 2 BANCOS LONGOS INDIVIDUAISCONJUNTO DE MESA PARA	un	CRIARTE	CONJ. REF.	1,0000	1440,0000	1440,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					REFEITÓRIO COM 8 LUGARES E 2 BANCOS LONGOS INDIVIDUAIS DESCRIÇÃO DETALHADA: CONJUNTO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA DE ALTA RESISTÊNCIA E 02 (DOIS) BANCOS LONGOS INDEPENDENTES E SEM ENCOSTO, PROJETADO PARA ACOMODAR CONFORTAVELMENTE O QUANTITATIVO DE ATÉ 08 (OITO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. O CONJUNTO DEVE APRESENTAR ALTA ESTABILIDADE ESTRUTURAL, ROBUSTEZ CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS E ACABAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, SENDO IDEAL PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E COLETIVOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA SUSTENTADORA: BASE DA MESA E DOS BANCOS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA (AÇO CARBONO OU FERRO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM TUBOS DE PAREDE ROBUSTA DIMENSIONADOS PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. BASE EQUIPADA COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS NIVELADORAS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PROTEÇÃO DO PISO. TAMPOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO: TAMPO DA MESA E SUPERFÍCIES DOS ASSENTOS DOS BANCOS CONFECCIONADOS EM PAINEL DE MADEIRA RECONSTITUÍDA DE ALTA DENSIDADE (MDF OU MDP), COM ESPESSURA ADEQUADA PARA GARANTIR RIGIDEZ ESTRUTURAL. REVESTIMENTO DAS SUPERFÍCIES EM ACABAMENTO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (BP) OU						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					EQUIVALENTE, COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A RISCOS, UMIDADE E CALOR. ESCALA DE BRILHO DO ACABAMENTO DO TIPO FOSCO. BORDAS TOTALMENTE PROTEGIDAS COM FITAS DE PVC OU MATERIAL DE ENGENHARIA EQUIVALENTE, COLADAS POR TERMOFUSÃO PARA IMPEDIR A INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS E O ACÚMULO DE RESÍDUOS						
GOMIDE SOLUTIONS LTDA	58988976000102	41	HOMOLOGADO	41	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO INTEGRADO; CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 25 MM E 40 MM, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. ACABAMENTO PERIMETRAL EM FITA DE PVC OU ABS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM A 2 MM, APLICADA POR PROCESSO HOTMELT, COM CANTOS E ARESTAS SUAVIZADOS (ARREDONDADOS) PARA SEGURANÇA ERGONÔMICA. PÉS DO TIPO PAINEL (EM MDP/MDF EQUIVALENTE AO TAMPO) OU ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO CARBONO, DOTADA DE PAINEL FRONTAL (SAIA/TROMBA) PARA PRIVACIDADE DAS PERNAS DO PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 01 (UM) FURO PASSA-CABOS COM TAMPA PLÁSTICA REGULÁVEL NO TAMPO PRINCIPAL PARA O DIRECIONAMENTO ORGANIZADO DA FIAÇÃO DE COMPUTADORES. ALTURA PADRÃO DE 750 MM, LARGURA/ COMPRIMENTO ENTRE 1200 MM E 1400 MM, E PROFUNDIDADE ENTRE 600 MM E 700 MM (COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ACEITÁVEL DE ATÉ +/- 5%); TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI.	un	CRIARTE	M12. 2GV.	4,0000	530,0000	2120,00000000
H2T TECNOLOGIA LTDA	58971574000197	18	HOMOLOGADO	18	COMPUTADOR TIPO DESKTOP (COMPLETO).COMPUTADOR TIPO	un	VIPH	GOV-I-G12 I5-12600KF	4,0000	3899,0000	15596,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total		
					DESKTOP (COMPLETO), PROCESSADOR: 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS FÍSICOS E 16 THREADS; FREQUÊNCIA BÁSICA DE 2.9 GHZ E TURBO MAX DE 4.8 GHZ (OU SUPERIOR); CACHE L3 MÍNIMO DE 16MB. PLACA-MÃE: COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR PROPOSTO; ARQUITETURA PADRÃO ATX OU MICRO-ATX; POSSUIR OBRIGATORIAMENTE 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 DISPONÍVEL PARA A PLACA DE VÍDEO DEDICADA; MÍNIMO DE 04 PORTAS USB (SENDO PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0/3.1); 01 PORTA DE REDE RJ-45 GIGABIT (10/100/1000 MBPS); SAÍDAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM O MONITOR. MEMÓRIA RAM: CAPACIDADE DE 16 GB DDR4; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2666 MHZ; SUPORTE PARA EXPANSÃO FUTURA. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB; INTERFACE DE ALTA VELOCIDADE (SATA III OU NVME). PLACA DE VÍDEO DEDICADA: MEMÓRIA DE VÍDEO MÍNIMA DE 4 GB GDDR5 (OU SUPERIOR); INTERFACE DE MEMÓRIA DE 128 BITS; SUPORTE A DIRECTX 12 E OPENGL 4.5; SAÍDAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM O MONITOR (MÍNIMO 01X HDMI E 01X DISPLAYPORT OU DVI). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 500W; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA 80 PLUS BRONZE (MÍNIMO 82% DE EFICIÊNCIA); PFC ATIVO; BIVOLT AUTOMÁTICA (100V-240V); PROTEÇÕES INTEGRADAS CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E CURTO-CIRCUITO								
HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	48099152000110	12	HOMOLOGADO	12	CAIXA DE SOM ACÚSTICA DO TIPO ATIVA (AMPLIFICADA), PORTÁTIL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS. GABINETE CONSTRUÍDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU MADEIRA TRATADA), COM TELA FRONTAL DE	un	HOOPSON	RBM019	2,0000	470,0000	940,00000000		

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PROTEÇÃO EM AÇO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ALTO-FALANTE INTEGRADO (WOOFER) E TWEETER PARA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA CLARA EM GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. CONECTIVIDADE SEM FIO VIA TECNOLOGIA BLUETOOTH INTEGRADA. INTERFACE DE CONTROLE E PAINEL TRASEIRO/SUPERIOR CONTENDO: NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE (P10 OU XLR), 01 (UMA) ENTRADA AUXILIAR (P2, RCA OU P10), PORTA USB PARA REPRODUÇÃO DE ÁUDIO VIA PEN DRIVE E LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA (SD/MICROSD). CONTROLES INDEPENDENTES DE VOLUME GERAL, VOLUME DO MICROFONE, ALÉM DE EQUALIZAÇÃO DE GRAVES (BASS) E AGUDOS (TREBLE). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110V/220V) E/OU FUNCIONAMENTO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA AUTONOMIA. ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 12 MESES						
HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	48099152000110	24	HOMOLOGADO	24	ESCADA HOSPITALAR DE 02 (DOIS) DEGRAUS. • TOTALMENTE FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, OXIDAÇÃO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME AS NORMAS SANITÁRIAS. REVESTIDA COM MATERIAL SINTÉTICO EMBORRACHADO, ANTIDERRAPANTE, FIXADO FIRMEMENTE À ESTRUTURA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS. CHAPAS DOS DEGRAUS COM ACABAMENTO PROTEGIDO E SEM ARESTAS CORTANTES PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR UMA CAPACIDADE DE PESO ESTÁTICO MÍNIMA DE 120 KG (CENTO E VINTE QUILOGRAMAS) A 150 KG (CENTO	un	KOACH	2D	4,0000	120,0000	480,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	35	HOMOLOGADO	35	E CINQUENTA QUILOGRAMAS	KIT	dyaisist	ad 3 lam	1,0000	449,9900	449,99000000
					KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO COM ACABAMENTO RECARTEILHADO ANTIDERRAPANTE; TAMPA DA BASE ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX E VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS MÉDIAS (TIPO C) OU BATERIA RECARREGÁVEL; COMPATIBILIDADE E ENCAIXE PADRÃO UNIVERSAL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 7376.LÂMINAS: JOGO CONTENDO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) LÂMINAS CURVAS TIPO MACINTOSH (SUGESTÃO DE TAMANHOS PARA ADULTOS: Nº 3, 4 E 5); CONFECCIONADAS INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, LIVRES DE ARESTAS CORTANTES E COM ACABAMENTO FOSCO/ACETINADO PARA MITIGAR REFLEXOS DE LUZ; TOTALMENTE RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA E AUTOCLAVAÇÃO. ACONDICIONADO EM ESTOJO RÍGIDO OU BOLSA DE COURVIN APROPRIADA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO.						
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	36	HOMOLOGADO	36	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL E NEONATAL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. TIPO SLIM/PEDIÁTRICO (DIÂMETRO REDUZIDO PARA MELHOR ERGONOMIA NO MANUSEIO INFANTIL), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO COM ACABAMENTO RECARTEILHADO ANTIDERRAPANTE; TAMPA DA BASE ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX E VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS PEQUENAS (TIPO AA) OU BATERIA RECARREGÁVEL; COMPATIBILIDADE E ENCAIXE PADRÃO UNIVERSAL EM CONFORMIDADE COM A	KIT	dyaisist	inf 3 lam	1,0000	449,9900	449,99000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	49	HOMOLOGADO	49	NORMA ISO 7376.						
					SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL. ANALÓGICO, DOTADO DE TEMPORIZADOR REGULÁVEL ELETRONICAMENTE PARA AJUSTE DO TEMPO DE SELAGEM CONFORME A ESPESSURA DO PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE BARRA DE SELAGEM DE 420 MM (42 CM).SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL. ANALÓGICO, DOTADO DE TEMPORIZADOR REGULÁVEL ELETRONICAMENTE PARA AJUSTE DO TEMPO DE SELAGEM CONFORME A ESPESSURA DO PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE BARRA DE SELAGEM DE 420 MM (42 CM). AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIA DE FITA CHATA (NÍQUEL-CROMO OU EQUIVALENTE) COM FITA ISOLANTE DE ALTA TEMPERATURA (TEFLON/PTFE), PROPORCIONANDO SELAGEM LINEAR CONTÍNUA E UNIFORME. CORPO ROBUSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM BASE ESTÁVEL E COLUNA VERTICAL REFORÇADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO. INDICADA PARA SELAGEM DE SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), ALUMINIZADOS E SIMILARES. TENSÃO BIVOLT MANUAL (COM CHAVE SELETORA 127V / 220V) OU BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; ACABAMENTO: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPONENTES ELÉTRICOS DEVIDAMENTE ISOLADOS, FIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS, E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA	un	alt	dh1012T	2,0000	937,9900	1875,98000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	10454996000169	1	HOMOLOGADO	1	ANDADOR ORTOPÉDICO PARA AUXÍLIO À MARCHA, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL. TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.ANDADOR ORTOPÉDICO PARA AUXÍLIO À MARCHA, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, COM ALTURA REGULÁVEL. TUBOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA DOBRÁVEL POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO (BOTÃO/PINO DE PRESSÃO) CENTRAL OU LATERAL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. MODELO 2 EM 1 (ARTICULADO E FIXO), PERMITINDO ALTERNAR O USO ENTRE O MODO FIXO E O MODO QUE ACOMPANHA O MOVIMENTO DOS PASSOS (PASSO A PASSO), POR MEIO DE PINOS DE TRAVA. EQUIPADO COM 4 PONTEIRAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA ANTIDERRAPANTES, COM ARRUELAS INTERNAS DE METAL PARA EVITAR O DESGASTE PRECOCE DO TUBO DE ALUMÍNIO CONTRA O SOLO. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE MÍNIMO DE PESO DE 100 KG A 130 KG.	un	DELLAMED	ANDADOR D10	10,0000	119,0000	1190,00000000
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	27	HOMOLOGADO	27	ESTANTE MODULAR DE AÇO, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, PROJETADA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO.ESTANTE MODULAR DE AÇO, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, PROJETADA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS: 1,98 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,30 M DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS (PLANOS): COMPOSTA POR 06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS	un	AMAPA	AMAPA	2,0000	260,0000	520,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Nº 26 (ESPESSURA APROXIMADA DE 0,45 MM). DEVEM POSSUIR DOBRA TRIPLA NAS BORDAS PARA SEGURANÇA CONTRA CORTES E REFORÇO ESTRUTURAL TIPO "ÔMEGA" SOLDADO NA PARTE INFERIOR DE CADA PLANO. COLUNAS (COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO): CONFECCIONADAS EM PERFIL TIPO "L" (CANTONEIRA) DE 30 MM X 30 MM, EM CHAPA DE AÇO DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Nº 18, COM FURAÇÃO PADRÃO ESCALONADA QUE PERMITA A LIVRE REGULAGEM DE ALTURA DOS PLANOS. REFORÇO DE ESTABILIZAÇÃO: SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTRUTURAL EM FORMATO DE "X" TENSOR (XIS DE TRAVAMENTO) INSTALADO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO MÓVEL, GARANTINDO A RIGIDEZ E IMPEDINDO O BALANÇO OU TOMBAMENTO DA ESTRUTURA. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE DE PESO ESTÁTICO E DISTRIBUÍDO DE NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA/PLANO						
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	31	HOMOLOGADO	31	FOGÃO DE PISO A GÁS, DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, DOTADO DE 06 (SEIS) QUEIMADORES E FORNO INTEGRADOFOGÃO DE PISO A GÁS, DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, DOTADO DE 06 (SEIS) QUEIMADORES E FORNO INTEGRADO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESTRUTURA E MESA: MESA SUPERIOR CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, LISA, COM REBAIXOS PARA CONTENÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO. QUEIMADORES (BOCAS): TOTAL DE 06 (SEIS) QUEIMADORES SUPERIORES A GÁS DISPOSTOS DE	un	ITATIAIA	ITATIAIA	1,0000	2000,0000	2000,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					FORMA A OTIMIZAR A ÁREA ÚTIL, SENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) QUEIMADORES DO TIPO SEMI-RÁPIDO (POTÊNCIA NOMINAL INDIVIDUAL DE APROXIMADAMENTE 1.800 W) E NO MÍNIMO 02 (DOIS) QUEIMADORES DO TIPO RÁPIDO (POTÊNCIA NOMINAL INDIVIDUAL DE APROXIMADAMENTE 2.500 W).]TREMPE E CONTROLES: GRADES (TREMPE) ROBUSTAS, INDIVIDUAIS OU DUPLAS, EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA QUE GARANTA A ESTABILIDADE DE PAINELAS. MANÍPULOS (BOTÕES) DE CONTROLE FRONTAIS, TOTALMENTE REMOVÍVEIS, DOTADOS DE SISTEMA DE VEDAÇÃO OU ANEL PROTETOR CONTRA INFILTRAÇÃO DE GORDURA E RESÍDUOS NO PAINEL. FORNO INTEGRADO: FORNO A GÁS COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE. PORTA DO FORNO DOTADA DE VISOR COM VIDRO DUPLO E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. O SISTEMA INTERNO DEVE CONTAR COM REVESTIMENTO QUE EVITE A ADERÊNCIA DE GORDURA (TECNOLOGIA LIMPA FÁCIL/ESMALTADO). ELÉTRICA E SEGURANÇA: SISTEMA DE ACENDIMENTO FACILITADO (AUTOMÁTICO OU SUPERAUTOMÁTICO). COMPATIBILIDADE ELÉTRICA BIVOLT (127V/220V) PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E ACENDIMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO (SISTEMA CORTA-GÁS EFICIENTE						
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	45	HOMOLOGADO	45	PROJETOR MULTIMÍDIA DO TIPO "DATA SHOW", PORTÁTIL, NOVO, DE PRIMEIRO USO, VOLTADO PARA APLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORPORATIVAS OU EDUCACIONAIS.PROJETOR MULTIMÍDIA DO TIPO "DATA SHOW", PORTÁTIL, NOVO, DE PRIMEIRO USO, VOLTADO PARA APLICAÇÕES INSTITUCIONAIS,	un	BRAZIL PC	BRAZIL PC	1,0000	1100,0000	1100,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					CORPORATIVAS OU EDUCACIONAIS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO POR MATRIZ ATIVA (TIPO 3LCD DE NO MÍNIMO 3 CHIPS OU DLP EQUIVALENTE). SISTEMA ÓPTICO COM BRILHO/LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3.600 ANSI LUMENS (TANTO EM EMISSÃO DE LUZ BRANCA QUANTO EM LUZ COLORIDA) E TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE NO MÍNIMO 15.000:1. RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMO TIPO WXGA (1280 X 800 PIXELS) OU SUPERIOR, COM SUPORTE A SINAIS DIGITAIS EM ALTA DEFINIÇÃO (HDTV / FULL HD 1080P). LÂMPADA DE PROJEÇÃO OU FONTE DE LUZ COM VIDA ÚTIL ESTIMADA DE NO MÍNIMO 6.000 HORAS EM MODO NORMAL E 12.000 HORAS EM MODO ECONÔMICO (ECO). MODOS DE PROJEÇÃO SELECIONÁVEIS: FRONTAL, TRASEIRA, MONTAGEM EM TETO OU SOBRE A MESA. RECURSOS DE AJUSTE DE IMAGEM CONTENDO CORREÇÃO DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE NO MÍNIMO ±30 GRAUS, ZOOM ÓPTICO OU DIGITAL E AJUSTE DE FOCO MANUAL. INTERFACE DE CONECTIVIDADE E PAINEL TRASEIRO CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA DIGITAL HDMI, 01 (UMA) ENTRADA DE VÍDEO ANALÓGICA VGA (D-SUB), ALÉM DE PORTA USB (TIPO A E/OU B) PARA CONTROLE OU REPRODUÇÃO DIRETA. ALTO-FALANTE INTEGRADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2W RMS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100V A 240V ~, 50/60 HZ). ACOMPANHA OBRIGATORIAMENTE: 01 CONTROLE REMOTO COM PILHAS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 01 CABO DE VÍDEO DIGITAL HDMI COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 1,5 METRO.						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					GARANTIA DE FÁBRICA MÍNIMA DE 12 MESES						
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	46	HOMOLOGADO	46	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SISTEMA DE FILTRAGEM EM DUAS ETAPASPURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SISTEMA DE FILTRAGEM EM DUAS ETAPAS DESCRIÇÃO DETALHADA: EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE ÁGUA DE ALTA CAPACIDADE, DESTINADO A AMBIENTES INSTITUCIONAIS E CORPORATIVOS. O DISPOSITIVO DEVE OPERAR ATRAVÉS DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO, FORNECENDO ÁGUA TRATADA EM DIFERENTES GRADUAÇÕES DE TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR ESTRUTURA VERSÁTIL PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS (BANCADA) OU FIXAÇÃO VERTICAL (PAREDE), RESERVATÓRIO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DESEMPENHO: REFRIGERAÇÃO POR MEIO DE UNIDADE COMPRESSORA HERMÉTICA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DE TERMOSTATO PARA CONTROLE TÉRMICO INTELIGENTE, PROJETADO PARA DESATIVAR O COMPRESSOR AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE A ÁGUA ATINGIR A TEMPERATURA PROGRAMADA DE CORTE (REFERÊNCIA DE ATÉ 8°C), OTIMIZANDO O CONSUMO ENERGÉTICO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E FLUXO: RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 2,0 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA. SISTEMA	un	COLORMAQ	COLORMAQ	2,0000	550,0000	1100,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					HIDRÁULICO QUE GARANTA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL, MESMO EM CENÁRIOS DE INTERRUPÇÃO OU QUEDA TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERFACE E DISTRIBUIÇÃO: PAINEL DE CONTROLE FRONTAL QUE PERMITA A SELEÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA EM TRÊS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA OU MISTURADA. PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA POR MEIO DE BICO ÚNICO E SIMPLIFICADO, OTIMIZANDO O FLUXO E MINIMIZANDO OS PONTOS DE ACÚMULO DE RESÍDUOS. DOTADO DE BANDEJA COLETORA DE RESPINGOS (PINGADEIRA) REMOVÍVEL PARA FACILITAR O DESCARTE DO EXCESSO DE ÁGUA E A HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA. TECNOLOGIA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO: ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) COM SISTEMA DE ATUAÇÃO EM NO MÍNIMO 2 ETAPAS DE PROCESSAMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS SÓLIDAS E PARTÍCULAS SUSPENSAS, REDUÇÃO DO CLORO LIVRE PRESENTE NA ÁGUA DE REDE, E ELIMINAÇÃO DE ODORES E SABORES INDESEJADOS. BARREIRA DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA PROJETADA PARA INIBIR A PROLIFERAÇÃO E UMIDADE DE BACTÉRIAS NO INTERIOR DO ELEMENTO FILTRANTE.						
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	48	HOMOLOGADO	48	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL-BAND. COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS IEEE 802.11AC/A/B/G/N, OPERANDO DE FORMA ESTÁVEL COM DISPOSITIVOS ANTIGOS E MODERNOS. OPERAÇÃO: DUAL-BAND SIMULTÂNEO, OPERANDO NAS BANDAS DE FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ.ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL-BAND. COMPATÍVEL COM AS	un	MERCUSYS MR30G	MERCUSYS MR30G	3,0000	250,0000	750,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					TECNOLOGIAS IEEE 802.11AC/A/B/G/N, OPERANDO DE FORMA ESTÁVEL COM DISPOSITIVOS ANTIGOS E MODERNOS. OPERAÇÃO: DUAL-BAND SIMULTÂNEO, OPERANDO NAS BANDAS DE FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ. VELOCIDADE NOMINAL COMBINADA: MÍNIMA DE 1200 MBPS (SENDO NO MÍNIMO 300 MBPS EM 2.4 GHZ E 867 MBPS EM 5 GHZ). INTERFACES E CONECTIVIDADE FÍSICA (PORTAS) PORTA DE INTERNET: 01 (UMA) PORTA WAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). PORTAS DE REDE LOCAL: MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PORTAS LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) PARA GARANTIR O TRÁFEGO MÁXIMO EM COMPUTADORES E SERVIDORES CONECTADOS VIA CABO. ANTENAS: MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANTENAS EXTERNAS OMNIDIRECIONAIS DE ALTO GANHO (MÍNIMO DE 5 DBI POR ANTENA). TECNOLOGIA MU-MIMO: SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS, EVITANDO LENTIDÃO NA REDE QUANDO VÁRIOS USUÁRIOS ESTÃO CONECTADOS. TECNOLOGIA BEAMFORMING: SISTEMA DE DIRECIONAMENTO INTELIGENTE DO SINAL WI-FI EM DIREÇÃO AOS APARELHOS CONECTADOS, AUMENTANDO A ESTABILIDADE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V / 50-60HZ). EQUIPAMENTO OBRIGATORIAMENTE HOMOLOGADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)						
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24912303000149	16	HOMOLOGADO	16	CARRO DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL TIPO PLATAFORMA, PROJETADO PARA O TRANSPORTE INTERNO DE CAIXAS, VOLUMES E MATERIAIS DIVERSOS EM AMBIENTES LOGÍSTICOS,	un	GADOTTI GML 30	GADOTTI GML 30	1,0000	6137,5000	6137,50000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ADMINISTRATIVOS OU HOSPITALARES.CARRO DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL TIPO PLATAFORMA, PROJETADO PARA O TRANSPORTE INTERNO DE CAIXAS, VOLUMES E MATERIAIS DIVERSOS EM AMBIENTES LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS OU HOSPITALARES. ESTRUTURA ROBUSTA COMPOSTA POR BASE/PLATAFORMA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO REFORÇADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM OU EM POLÍMERO DE ENGENHARIA DE ALTA DENSIDADE, DOTADA DE SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO OU TEXTURIZAÇÃO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR O DESLOCAMENTO DA CARGA. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DA PLATAFORMA DE 600 MM A 700 MM DE LARGURA POR 900 MM A 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA TOTAL DE NO MÍNIMO 300 KG. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 01 (UMA) ABA OU CABO DE EMPURRE ERGONÔMICO EM TUBO DE AÇO, FIXADO DE FORMA FIRME NA PARTE TRASEIRA, PODENDO SER DO TIPO FIXO OU DOBRÁVEL (COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO POR PEDAL) PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO QUANDO FORA DE USO. SISTEMA DE RODAGEM COMPOSTO POR 04 (QUATRO) RODAS/RODÍZIOS COM ROLAMENTOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 125 MM) E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, BORRACHA MACIÇA OU TERMOPLÁSTICO INTEGRAL, GARANTINDO MOVIMENTAÇÃO SILENCIOSA E LIVRE DE MARCAÇÕES NO PISO. O ARRANJO DOS RODÍZIOS DEVE PREVER OBRIGATORIAMENTE 02 (DOIS)						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					RODÍZIOS GIRATÓRIOS NA TRASEIRA (PRÓXIMOS AO CABO) E 02 (DOIS) RODÍZIOS FIXOS NA DIANTEIRA, SENDO QUE OS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DEVEM CONTAR COM SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO DE DUPLA AÇÃO ACIONADO POR PEDAL. TODO O COMPONENTE METÁLICO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO OU ZINCAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO RESISTÊNCIA À UMIDADE E AO DESGASTE. O MODELO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE ERGONOMIA DA NORMA NR-17 DO MTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						
M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA	27414128000158	32	HOMOLOGADO	32	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA (NOBREAK). INTERATIVO COM REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (AVR). POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO INTEGRADO PARA CORREÇÃO DE OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA SEM O USO DAS BATERIAS. FASES DE ENTRADA/SAÍDA: MONOFÁSICO. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115V / 127V / 220V) E SAÍDA SELECIONÁVEL OU PADRÃO (GERALMENTE 115V OU BIVOLT, AJUSTAR CONFORME A SUA REDE LOCAL). SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR / PWM) OU SENOIDAL PURA (AJUSTAR CONFORME A CRITICIDADE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO LIGADOS). INDICADORES VISUAIS (LEDs OU DISPLAY) E SONOROS PARA O STATUS DO SISTEMA (REDE ELÉTRICA, MODO BATERIA, SOBRECARGA, TROCA DE BATERIA E FALHAS). SISTEMA INTEGRADO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, SOBRECARGA, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE, DESCARGA TOTAL DA BATERIA E SURTOS DE	un	RAGTECH	NEW EASY WAY 1200VA - 4133	3,0000	868,0000	2604,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					TENSÃO. : MÍNIMO DE 04 (QUATRO) A 06 (SEIS) TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO DE TRÊS PINOS (NBR 14136), DEVIDAMENTE PROTEGIDAS E ALIMENTADAS PELA BATERIA						
MEDICAL IMPORT LTDA	67680402000155	14	HOMOLOGADO	14	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA (MINITRAMPOLIM), PADRÃO PROFISSIONAL PARA USO EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO FÍSICA E CINESIOTERAPIA. DESTINADA AO TREINO DE EQUILÍBRIO, GANHO DE FORÇA DE MEMBROS INFERIORES, RESPOSTA SENSORIO-MOTORA E CONDICIONAMENTO FÍSICO GERAL. ESTRUTURA CIRCULAR ROBUSTA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM DIÂMETRO TOTAL EXTERNO MEDINDO ENTRE 90 CM E 100 CM. O ARCO ESTRUTURAL DEVE POSSUIR SOLDAGEM REFORÇADA E RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTIFERRUGENS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI).	un	MASPORT	170KG	2,0000	450,0000	900,00000000
MEDICAL IMPORT LTDA	67680402000155	21	HOMOLOGADO	21	ELETRCARDIÓGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS COM CONECTIVIDADE PARA TELESSAÚDE. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE AQUISIÇÃO E REGISTRO SIMULTÂNEO DAS 12 DERIVAÇÕES PADRÃO (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1 A V6).ELETRCARDIÓGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS COM CONECTIVIDADE PARA TELESSAÚDE. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE AQUISIÇÃO E REGISTRO SIMULTÂNEO DAS 12 DERIVAÇÕES	un	CONTEC	ECG	2,0000	3500,0000	7000,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PADRÃO (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1 A V6). PROJETADO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO, AMBULATORIAL, DE URGÊNCIA E SUPORTE INTEGRADO A PROGRAMAS DE TELESSAÚDE/TELEMEDICINA. MÓDULO DE AQUISIÇÃO E DISPLAY: TELA/VISOR DIGITAL INTEGRADO, COLORIDO, DE TECNOLOGIA LCD OU LED (TAMANHO MÍNIMO DE 4,3 POLEGADAS), QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DAS CURVAS DE ECG ANTES E DURANTE A IMPRESSÃO/GRAVAÇÃO. TECLADO DE OPERAÇÃO (FÍSICO OU EM TELA TOUCHSCREEN) DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO PARA INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, IDADE, SEXO). MODOS DE OPERAÇÃO E REGISTRO: MODOS DE GRAVAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO. FILTROS DIGITAIS SELECIONÁVEIS CONTRA INTERFERÊNCIAS: FILTRO DE REDE ELÉTRICA (60 HZ), FILTRO DE TREMOR MUSCULAR (MIOGRAMA) E FILTRO DE OSCILAÇÃO DA LINHA DE BASE. MÓDULO DE IMPRESSÃO TÉRMICA INTEGRADO COMPATÍVEL COM PAPEL TERMOSENSÍVEL (ROLO OU SANFONADO), PERMITINDO REGISTROS EM MÚLTIPLOS FORMATOS (EX: 3X4, 6X2, 12X1).CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM TELESSAÚDE: CONECTIVIDADE NATIVA SEM FIO ATRAVÉS DE MÓDULO WI-FI INTEGRADO E/OU ENTRADA DE REDE FÍSICA (LAN/ ETHERNET).CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO DE EXAMES EM FORMATOS UNIVERSAIS E NATIVOS (COMO PDF, DICOM E XML), VIABILIZANDO O ENVIO DIRETO PARA PLATAFORMAS DE TELESSAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE (PEP) OU SERVIDORES PACS.SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRANSMISSÃO INCLUSO (OU						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					EMBARCADO NO APARELHO), PERMITINDO A COMUNICAÇÃO SEGURA E CRIPTOGRAFADA DOS DADOS DE SAÚDE DO PACIENTE, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA LGPD.ALIMENTAÇÃO E MOBILIDADE:FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V), 50/60 HZ.BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA AUTONOMIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA REALIZAÇÃO/IMPRESSÃO DE 50 EXAMES SEM CONEXÃO À REDE ELÉTRICA.REQUISITOS LEGAIS E CERTIFICAÇÕES:REGISTRO ATIVO NA ANVISA EM NOME DO FABRICANTE OU IMPORTA						
MEDICAL IMPORT LTDA	67680402000155	22	HOMOLOGADO	22	EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO DE EMERGÊNCIA DO TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, PROJETADO PARA ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR).EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO DE EMERGÊNCIA DO TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, PROJETADO PARA ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR). O EQUIPAMENTO DEVE OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA DE CHOQUE DO TIPO BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA OU EQUIVALENTE, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE ENERGIA DE ACORDO COM A IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE. DESTINADO AO USO POR PÚBLICO LEIGO OU PROFISSIONAL, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR SISTEMA DE ORIENTAÇÃO POR VOZ EM PORTUGUÊS (INSTRUÇÕES VERBAIS CLARAS EM TEMPO REAL QUE GUIEM O OPERADOR EM TODAS AS ETAPAS DO SOCORRO, INCLUINDO O RITMO DA RCP - RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR).	un	AMOUL	I3	1,0000	4940,0000	4940,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE (CAPAZ DE IDENTIFICAR RITMOS CHOCÁVEIS COMO FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR), COM COMANDO DE DISPARO MANUAL VIA BOTÃO DE CHOQUE PROTEGIDO APÓS INDICAÇÃO VERBAL DO APARELHO (OU DISPARO AUTOMÁTICO SEGURO). DOTADO DE INDICADORES VISUAIS DE STATUS (LEDs OU TELA) PARA NÍVEL DE CARGA DA BATERIA E PRONTIDÃO DE USO. GABINETE EXTERNO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, QUEDAS E PENETRAÇÃO DE POEIRA E ÁGUA (GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54 OU SUPERIOR). ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA DESCARTÁVEL DE LONGA DURAÇÃO DE LÍTIO (COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 CHOQUES OU 4 ANOS EM MODO DE ESPERA/STANDBY). OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 24 MESES PARA O EQUIPAMENTO						
MEDICAL IMPORT LTDA	67680402000155	44	HOMOLOGADO	44	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA (BANCADA/TRANSPORTE). APURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0% A 100%.OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA (BANCADA/TRANSPORTE). APURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2): FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0% A 100%. FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO) OU SUPERIOR. PRECISÃO SPO2: MARGEM DE ERRO MÁXIMA DE ± 2% NA FAIXA DE 70% A 100%. PRECISÃO FP: MARGEM DE ERRO MÁXIMA DE ± 3 BPM OU ± 2% (O QUE FOR MAIOR). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO: PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL COM ALTA TOLERÂNCIA AO MOVIMENTO DO PACIENTE E BAIXA PERFUSÃO	un	CREATIVE	SP20	3,0000	900,0000	2700,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PERIFÉRICA. TIPO DE DISPLAY: TELA DIGITAL COLORIDA (LCD, TFT OU LED) DE ALTA RESOLUÇÃO E BOA VISIBILIDADE EM DIFERENTES ÂNGULOS. PARÂMETROS EXIBIDOS: VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA (CURVA PLETISMOGRÁFICA) E INDICADOR DE INTENSIDADE DE PULSO (BARRA GRÁFICA). INDICADORES VISUAIS: STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE CARGA CONECTADA À REDE ELÉTRICA E STATUS DOS ALARMES. CONFIGURAÇÃO: ALARMES AUDIOVISUAIS PROGRAMÁVEIS (LIMITES SUPERIORES E INFERIORES) PARA SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. SEGURANÇA: ALARME VISUAL E SONORO PARA DESCONEXÃO DE SENSOR, BATERIA FRACA, FALHA NO SISTEMA E BUSCA DE SINAL. CONTROLE: BOTÃO PARA SILENCIAR O ALARME TEMPORARIAMENTE COM RETORNO AUTOMÁTICO APÓS TEMPO PRÉ-DETERMINADO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V / 50-60HZ) COM FONTE INTEGRADA OU EXTERNA. BATERIA INTERNA: BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA (ÍON DE LÍTIO, NIMH OU SIMILAR). ACESSÓRIOS INCLUSOS (KIT MÍNIMO POR UNIDADE) CABOS: 01 (UM) CABO EXTENSOR DE PACIENTE E 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIRO (ABNT). SENSORES: 01 (UM) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL. MANUAL DO USUÁRIO. E REGISTRO DA ANVISA						
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22228679000103	26	HOMOLOGADO	26	ESPALDAR EM MADEIRA (ESCADA/BARRA DE LING). ESTRUTURA LATERAL: MADEIRA MACIÇA DE ALTA DENSIDADE (EX: MARFIM, JEQUITIBÁ, CEDRO OU SIMILAR REGULAMENTADA). TRATAMENTO DA MADEIRA: SECA EM	un	ARKTUS	PA01289A	1,0000	875,3600	875,36000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ESTUFA, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO (PU) ANTI-RISCO E ANTIFÚNGICO. BARRAS HORIZONTAIS (BASTÕES): MADEIRA MACIÇA REDONDA, SEM NÓS OU RACHADURAS. QUANTIDADE DE BARRAS: MÍNIMO DE 10 E MÁXIMO DE 12 BARRAS HORIZONTAIS. DISTÂNCIA ENTRE BARRAS: ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE 15 CM E 20 CM. BARRA SUPERIOR AVANÇADA: PRESENÇA DE BALANÇO/AVANÇO SUPERIOR (OFFSET) PARA EXERCÍCIOS DE SUSPENSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 2,30 M E 2,40 M.LARGURA: ENTRE 0,80 M E 0,90 M. PROFUNDIDADE DO AVANÇO: ENTRE 20 CM E 30 CM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE MÍNIMO DE 130 KG A 150 KG DE CARGA DINÂMICA. FIXAÇÃO: SISTEMA DE FIXAÇÃO DUPLA (PAREDE E CHÃO) ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS ROBUSTOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.	48042994000135	3	HOMOLOGADO	3	APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM SISTEMA DE FILTRAGEM, COM FUNÇÕES COMO TURBO, TIMER, ECO E AUTOLIMPEZA; MODELO SPLIT; CAPACIDADE TOTAL: 18.000BTUS; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; COMPRESSOR: INVERTER; GARANTIA DE 12 MESES; CONTROLE REMOTO COM DIVERSAS FUNÇÕES; CLASSE A DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR: BRANCO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE, SISTEMA INVERTER.	un	PHILCO PAC18FC	PHILCO PAC18FC	4,0000	2518,9900	10075,96000000
PIETRA ODONTO	28877319000119	20	HOMOLOGADO	20	DESTILADORA DE ÁGUA DE MESA (BANCADA) CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) LITRO DE ÁGUA DESTILADA POR HORA.DESTILADORA DE ÁGUA DE MESA (BANCADA) CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) LITRO	un	KONDENTECH AQUATECH	KONDENTECH AQUATECH	1,0000	500,0000	500,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DE ÁGUA DESTILADA POR HORA. RESERVATÓRIO INTERNO DE FERVURA/ AQUECIMENTO COM CAPACIDADE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) LITROS. MATERIAL E ESTRUTURA: CÂMARA INTERNA DE EBULIÇÃO (TANQUE DE FERVURA) CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL (PADRÃO AISI 304 OU SUPERIOR), GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E LONGA DURABILIDADE. CÚPULA SUPERIOR OU SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E QUÍMICA, LIVRE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS NOCIVOS. GABINETE EXTERNO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS OU AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REQUISITOS LEGAIS E CERTIFICAÇÕES: REGISTRO ATIVO OU REGULAR NA ANVISA						
RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	05325240000180	53	HOMOLOGADO	53	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO INTEGRADOVÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO INTEGRADO: EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À REDUÇÃO E CONTROLE PRECISO DA PRESSÃO DE SAÍDA DO OXIGÊNIO MEDICINAL (O2) ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO. CORPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PRIORITARIAMENTE EM LATÃO CROMADO DE ALTA DENSIDADE OU ALUMÍNIO ANODIZADO DE GRAU MÉDICO, COM CONEXÕES DE ENTRADA PADRONIZADAS CONFORME A NORMA	un	RIOXI	HAOXI O2	10,0000	294,0000	2940,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ABNT NBR 11725 (CONEXÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO). O REGULADOR DEVE POSSUIR MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 0 A 300 KGF/CM² (OU PSI CORRESPONDENTE), COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO PROTEGIDA POR CAPA DE BORRACHA OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS. FLUXÔMETRO DO TIPO BILHA INTEGRADO, COM CORPO EM LATÃO CROMADO E TUBO CALIBRADO (ESCALA DE FLUXO) CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, COM ESCALA DE MEDIÇÃO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO (L/MIN) E ESFERA FLUTUANTE INDICADORA DE VAZÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. O EQUIPAMENTO DEVE CONTAR COM VÁLVULA DE SEGURANÇA INTERNA (CALIBRADA PARA ALÍVIO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBREPRESSÃO DO SISTEMA) E FILTRO INTERNO SINTERIZADO NA ENTRADA PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS. CONEXÃO DE SAÍDA DO FLUXO DE OXIGÊNIO COM BICO DO TIPO NIPLE PARA MANGUEIRA/ EXTENSÃO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA RDC 665/2022 (OU NORMAS VIGENTES DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS), POSSUIR REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO APLICÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
RIO MED HOSPITALAR LTDA	42828905000102	10	HOMOLOGADO	10	AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL, DE MESA (BANCADA), COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12 LITROSAUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL, DE MESA (BANCADA), COM	un	DIGITALY	1.2	2,0000	3378,9900	6757,98000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12 LITROS. DESENVOLVIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS. CÂMARA E ESTRUTURA: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PORTA COM FECHAMENTO HERMÉTICO E GUARNIÇÃO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. CONTROLE E OPERAÇÃO: CONTROLE MICROPROCESSADO COM PAINEL DIGITAL (LCD OU LED) FRONTAL, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO (TEMPERATURA, PRESSÃO E TEMPO). POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS E CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA OU ENTREABERTA. PARÂMETROS DE TRABALHO: FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO QUE ATENDA OBRIGATORIAMENTE A 121°C E 134°C, COM PRESSÕES DE TRABALHO COMPATÍVEIS A CADA CICLO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA NACIONAL, COM PREFERÊNCIA PARA SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V) OU SELEÇÃO MANUAL, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, PLUGUE E CABO DE ACORDO COM O PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136). REQUISITOS LEGAIS E CERTIFICAÇÕES (OBRIGATÓRIOS):REGISTRO ATIVO NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) EM NOME DO						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					FABRICANTE OU IMPORTADO						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	5	HOMOLOGADO	5	APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) DO TIPO ANEROIDE, PORTÁTIL, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS/ INFANTIS.APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANÔMETRO) DO TIPO ANEROIDE, PORTÁTIL, DESTINADO À MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS/ INFANTIS. EQUIPADO COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU ALGODÃO), ANTIALÉRGICA, LIVRE DE LÁTEX (LATEX- FREE), NA COR AZUL, VERDE OU ESTAMPA INFANTIL NEUTRA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA. A BRAÇADEIRA DEVE POSSUIR MANGUITO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA OU SILICONE DE ALTA DURABILIDADE, DIMENSIONADA ESPECIFICAMENTE PARA O PÚBLICO INFANTIL (COM PERÍMETRO BRAQUIAL ABRANGENDO A FAIXA APROXIMADA DE 13 CM A 20 CM), CONTENDO MARCAÇÕES CLARAS DE LIMITES GEOMÉTRICOS DE APLICAÇÃO (INDICADORES DE TAMANHO DE ARTÉRIA E BORDAS). MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MMHG, DIVISÃO MÍNIMA DE 2 MMHG, VISOR DE ALTA LEGIBILIDADE, CAIXA METÁLICA CROMADA OU EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DOTADO DE PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA BRAÇADEIRA. PERA DE INSUFLAÇÃO EM BORRACHA OU SILICONE FLEXÍVEL, COM FORMATO ERGONÔMICO, ACOMPANHADA DE VÁLVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO COM REGULAGEM DE ROSCA FINA PARA ALÍVIO SENSÍVEL E	un	PREMIUM / INFANTIL	PREMIUM / INFANTIL	5,0000	67,3800	336,90000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					CONTROLADO DO AR. OBRIGATORIAMENTE COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO ATIVA NA ANVISA E SELO/ SINAL DE APROVAÇÃO DE MODELO DO INMETRO GRAVADO NO CORPO DO APARELHO OU ETIQUETA CORRESPONDENTE. ACOMPANHA BOLSA/ESTOJO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 12 MESES						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	6	HOMOLOGADO	6	APARELHO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE VERIFICAÇÃO MANUAL (TIPO ANEROIDE) PARA OBESO. LIVRE DE MERCÚRIO. MECANISMO COM MANÔMETRO ANEROIDE DE ALTA PRECISÃO, COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, DIVISÃO DE 2 MMHG. VISOR DE FÁCIL LEITURA E CERTIFICADO PELO INMETRO. ACOMPANHA BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU ALGODÃO), LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA. BRAÇADEIRA DIMENSIONADA ESPECIFICAMENTE PARA PACIENTES OBESOS/ADULTO GRANDE, ATENDENDO A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE NO MÍNIMO 35 CM ATÉ 50 CM. PERA INSUFLADORA EM LÁTEX OU BORRACHA VULCANIZADA, COM VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA ROBUSTA E REGULAGEM FINA. ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	un	PREMIUM / OBESO	PREMIUM / OBESO	5,0000	77,5100	387,55000000
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	25	HOMOLOGADO	25	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO, MECÂNICO, TIPO BRAÇADEIRA. CALIBRAÇÃO: CERTIFICADO E AFERIDO INDIVIDUALMENTE PELO INMETRO, COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL. BRAÇADEIRA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU ALGODÃO), LAVÁVEL E	un	PREMIUM / ADULTO	PREMIUM / ADULTO	11,0000	70,6800	777,48000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ANTIALÉRGICO. FECHAMENTO: SISTEMA DE FIXAÇÃO POR FECHO DE CONTATO (VELCRO) OU METAL REFORÇADO. TAMANHO: ADULTO PADRÃO, ATENDENDO A CIRCUNFERÊNCIAS DE BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 22 CM A 32 CM. MANGUITO E PERA: PRODUZIDOS EM LÁTEX OU BORRACHA VULCANIZADA DE ALTA DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE. VÁLVULA: DE DESCARGA EM METAL CROMADO, COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR PRECISA E SENSÍVEL. ACESSÓRIOS: ACOMPANHA BOLSA/ ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	29	HOMOLOGADO	29	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO/INFANTIL BIAURICULAR COM AUSCULTADOR DUPLA. APARELHO PARA AUSCULTA NÃO INVASIVA DE RUÍDOS CARDÍACOS, PULMONARES E VASCULARES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS. AUSCULTADOR: TIPO DUPLA (CABEÇA DUPLA), COM DIMENSÕES REDUZIDAS E ANATOMICAMENTE DIMENSIONADAS PARA O CORPO INFANTIL (DIAFRAGMA COM DIÂMETRO APROXIMADO ENTRE 29MM E 35MM); CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA CONDUÇÃO ACÚSTICA; DOTADO DE DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE DE UM LADO E CAMPÂNULA (SINO) PARA FREQUÊNCIAS BAIXAS DO OUTRO; PROVIDO DE ANEL ANTIFRIO FLEXÍVEL EM AMBAS AS BORDAS DE CONTATO PARA EVITAR O CHOQUE TÉRMICO E GARANTIR O CONFORTO DO PACIENTE INFANTIL	un	PREMIUM / INFANTIL	PREMIUM / INFANTIL	5,0000	19,0000	95,00000000
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	30	HOMOLOGADO	30	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA), DESTINADO AO USO EM SALAS DE FISIOTERAPIA PARA AVALIAÇÕES POSTURAS, INSPEÇÃO DERMATOLÓGICA, EXAMES FÍSICOS E	un	LIFENOX / LED	LIFENOX / LED	2,0000	177,1700	354,34000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS.: TECNOLOGIA LED (LUZ FRIA), QUE EVITA A EMISSÃO DE CALOR SOBRE O PACIENTE E O PROFISSIONAL. INTENSIDADE LUMINOSA: MÍNIMA DE 8.000 LUX A 50 CM DE DISTÂNCIA. TEMPERATURA DE COR: ENTRE 5.000 K E 6.500 K (LUZ BRANCA/NEUTRA).HASTE SUPERIOR: BRAÇO FLEXÍVEL (PESCOÇO DE GANSO) COM MOVIMENTAÇÃO DE 360°, GARANTINDO ESTABILIDADE E SUSTENTAÇÃO NA POSIÇÃO REGULADA. PEDESTAL: ESTRUTURA VERTICAL EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ANTIFERRUGEM OU EM AÇO INOXIDÁVEL. REGULAGEM DE ALTURA: SISTEMA TELESCÓPICO COM ALTURA VARIÁVEL DE, NO MÍNIMO, 1,10 M A 1,60 M.BASE: ESTÁVEL, EQUIPADA COM NO MÍNIMO 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA LIVRE MOVIMENTAÇÃO ENTRE AS MACAS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V).ACIONAMENTO: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA DE FÁCIL ACESSO						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	38	HOMOLOGADO	38	LASER TERAPÊUTICO.LASER TERAPÊUTICO. EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA A LASER DE BAIXA INTENSIDADE; EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À BIOMODULAÇÃO, COM AÇÃO ANALGÉSICA, REGULAÇÃO DE RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO (REPARAÇÃO TECIDUAL) E COMBATE A RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. DESIGN E MOBILIDADE: OPERAÇÃO TOTALMENTE SEM FIO (WIRELESS), COM ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GARANTINDO PORTABILIDADE E ERGONOMIA DURANTE A APLICAÇÃO. EMISSÃO DE LUZ (DIODOS): EQUIPADO	un	IBRAMED / LASERPULSE	IBRAMED / LASERPULSE	2,0000	2571,8800	5143,76000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					COM 02 (DOIS) DIODOS LASER SEMICONdutoRES INDEPENDENTES, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS DE COMPRIMENTO DE ONDA: LASER VERMELHO: COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM (NANÔMETROS).LASER INFRAVERMELHO: COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NM (NANÔMETROS).POTÊNCIA DE SAÍDA: POTÊNCIA NOMINAL DE 100 MW (MILIWATTS) PARA CADA UM DOS COMPRIMENTOS DE ONDA. INTERFACE DE OPERAÇÃO: PAINEL OU VISOR DIGITAL INTEGRADO NO PRÓPRIO CORPO DO APARELHO PARA CONTROLE DE PARÂMETROS, TEMPO DE APLICAÇÃO E SELEÇÃO DO TIPO DE LASER. SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO: SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU AVISO SONORO APÓS O TÉRMINO DO TEMPO PROGRAMADO; CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DE BATERIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BASE CARREGADORA DE BATERIA COMPATÍVEL COM REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V) E PADRÃO DE TOMADA BRASILEIRO. ACESSÓRIOS INCLUSOS OBRIGATÓRIOS:01 (UMA) BASE DE CARREGAMENTO E SUPORTE PARA O APARELHO.01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO/CARREGADOR. ÓCULOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS PARA OS COMPRIMENTOS DE ONDA DE 660NM E 808NM (PARA OPERADOR E PACIENTE, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA).MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA.						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	39	HOMOLOGADO	39	LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA INTENSIDADE PARA FOTOBIMODULAÇÃOLASER TERAPÊUTICO DE BAIXA INTENSIDADE PARA FOTOBIMODULAÇÃO PARA FISIOTERAPIA EQUIPAMENTO	un	IBRAMED / LASERPULSE	IBRAMED / LASERPULSE	2,0000	2962,5100	5925,02000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					MICROPROCESSADO DESTINADO À TERAPIA POR FOTOBIMODULAÇÃO, ATUANDO NO ESTÍMULO À REPARAÇÃO TECIDUAL (CICATRIZAÇÃO), ANALGESIA (CONTROLE DA DOR), MODULAÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE CELULAR. DESIGN E ERGONOMIA: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ERGONÔMICO. PODE SER COM OPERAÇÃO SEM FIO (WIRELESS) POR BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA OU COM CABO DE CONEXÃO FLEXÍVEL À UNIDADE DE CONTROLE. COMPRIMENTOS DE ONDA (ESPECTRO DE EMISSÃO): SISTEMA COMPOSTO POR DIODOS LASERS COM EMISSÃO SIMULTÂNEA OU INDEPENDENTE NOS COMPRIMENTOS DE ONDA:LASER VERMELHO: FAIXA DE 650 NM A 670 NM (PARA ATUAÇÃO TECIDUAL SUPERFICIAL/ CICATRIZAÇÃO).LASER INFRAVERMELHO: FAIXA DE 780 NM A 830 NM (PARA ATUAÇÃO TECIDUAL PROFUNDA/ ANALGESIA).POTÊNCIA DE SAÍDA: POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA MÍNIMA DE 100 MW (MILIWATTS) POR DIODO EMISSOR. MODO DE EMISSÃO: MODO DE ONDA CONTÍNUO (CW - CONTINUOUS WAVE) E/OU MODO PULSADO. INTERFACE E CONTROLE: PAINEL DIGITAL (LCD, LED OU TOUCHSCREEN) PARA PROGRAMAÇÃO DE PARÂMETROS COMO TEMPO DE APLICAÇÃO (TEMPORIZADOR), DENSIDADE DE ENERGIA (JOULE/CM²) OU ENERGIA TOTAL ENTREGUE (JOULES).SEGURANÇA E PROTEÇÃO: CHAVE OU SISTEMA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL; SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA INDICATIVA DE LASER EM EMISSÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					(110V/220V - 50/60 HZ)						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	43	HOMOLOGADO	43	OTOSCÓPIO LED SIMPLES, DIAGNÓSTICO CLARO E CONFIÁVEL ILUMINAÇÃO DIRETA LED DE ALTA INTENSIDADE QUE GARANTE NITIDEZ NA VISUALIZAÇÃO DO CANAL AUDITIVO E EVITA DISTORÇÕES E ALTERAÇÕES DE COR DO TECIDO. LÂMPADA LED DE 2.5V LUZ BRANCA BRILHANTE COM DURABILIDADE. PRATICIDADE E DURABILIDADE DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, CABEÇA PRODUZIDA EM METAL CROMADO E TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORROSÕES. CABO LEVE E ANTIDERRAPANTE, ALIMENTADO POR 2 PILHAS ALCALINAS AA. CLIPE DE BOLSO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO INTERRUPTOR AO PRENDER O CLIPE NO BOLSO. PRECISÃO: LENTE ROTATIVA COM AUMENTO DO CAMPO DE VISÃO EM 3 VEZES. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS E ANATÔMICOS: 8 ESPÉCULOS AURICULARES ESTERILIZÁVEIS EM 4 TAMANHOS: 2,4 MM, 3 MM, 4MM E 5 MM. ESTOJO PARA TRANSPORTE.	un	MIKATOS / PORTATIL	MIKATOS / PORTATIL	5,0000	266,5400	1332,700000000
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	08380296000125	40	HOMOLOGADO	40	LAVADORA ULTRASSÔNICA DE MESA (BANCADA) – CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR MICROPROCESSADO DE LIMPEZA POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO), MODELO DE MESA (BANCADA), DESTINADO À AUTOMAÇÃO DA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS DE CONFORMAÇÃO COMPLEXA. CAPACIDADE E DIMENSÕES DA CUBA: CUBA/TANQUE INTERNO COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LITROS. TANQUE INTERNO CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE (PADRÃO AISI 304 OU SUPERIOR),	un	CLEAN SONIC	15 LITROS	2,0000	3500,0000	7000,000000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ESTAMPADO, SEM EMENDAS, DOBRAS VIVAS OU SOLDAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO QUÍMICA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA NACIONAL BIVOLT (AUTOMÁTICA OU ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA MANUAL), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, COM PLUGUE E CABO DE FORÇA ATENDENDO RIGOROSAMENTE AO PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136). REQUISITOS LEGAIS E CERTIFICAÇÕES (OBRIGATÓRIOS):REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						